

海南师范大学
实验室安全检查整改通知
〔2023〕 27 号



被查单位： 教育学院（桂林洋校区）

检查时间： 2023年11月29日

检查组组长： 林惠文

检查组组员： 朱朝华、陈敏

整改完成期限： 2023年12月15日

教育学院:

根据《实验室安全管理工作规程（试行）》等文件精神，为确保实验室各项工作安全有序开展，我校实验室安全督导组对贵学院的实验室进行了安全检查。

检查发现实验室存在部分安全隐患，详情请见《2023年海南师范大学实验室安全现场检查报告》（附件1），请通知相应人员按要求进行整改。请贵院以点带面加强实验室日常管理，强化安全责任意识，及时落实相关实验室整改任务。接到整改通知的实验室完成整改后拍照提交学院，学院汇总形成整改报告（签字、盖章、附整改完成照片）统一提交到实验室建设与管理中心。整改期间，相关单位应当采取适当措施，确保实验室安全运行。

未按时完成整改或整改不到位的实验室，将关停实验室，实验室负责人提交整改方案，经学院及实验室建设与管理中心审核后由实验室进行整改。因实验室关停影响到师生正常教学、科研，由实验室负责人承担相应责任。情节严重的实验室将按照《关于印发〈海南师范大学实验室安全责任追究实施细则（试行）〉的通知》（海师办〔2023〕40号）对实验室负责人及所在单位进行责任追究。

联系人：吴老师 18976210803 地址：桂林洋校区综合实验楼303室

邮箱：hslab@hainnu.edu.cn

附件1：2023年海南师范大学实验室安全现场检查报告

附件2：2023海南师范大学实验室安全现场检查整改报告



附件 1:

2023 年海南师范大学实验室安全 现场检查报告

学院名称: 教育学院 (桂林洋校区)

检查时间: 2023 年 11 月 29 日

检查组组长: 林惠文

检查组组员: 朱朝华、陈敏

不符合项问题清单:

序号	条款号	问题事实描述	备注
1	6.1.4	实验室建设和装修应符合消防安全要求, 及时清理杂物和打扫卫生。	新实验楼 412, 420
2	6.2.2	实验室空间狭小, 堆放的无用物品要尽量清理出去和做好地板卫生。	信息楼 510, 506, 海天食堂 205
3	6.2.3	实验室的卫生记录本是空白的。	信息 510, 506
4	7.1.1	实验室内的灭火器已有一年多没有检查记录了, 也没有配备其它灭火器材。	形体实验室 201
5	8.1.1	实验室的总电门内的碎石灰尘未清理。	信息楼 506

具体问题描述及对应照片：

一、6.1.4 的问题

(1) 存在的问题描述：教育学院：实验室建设和装修应符合消防安全要求，及时清理杂物和打扫卫生。

(2) 存在问题照片：



新实验楼 412



新实验楼 420



新实验楼 420

二、6.2.2 的问题

(1) 存在的问题描述：教育学院：实验室空间狭小，堆放的无用物品要尽量清理出去和做好地板卫生。

(2) 存在问题照片：



信息 510



信息 506




海天食堂 205

三、6.2.3 的问题

(1) 存在的问题描述：教育学院：实验室的卫生记录本是空白。

(2) 存在问题照片：



信息 510, 506

四、7.1.1 的问题

(1) 存在的问题描述：教育学院：实验室内的灭火器已有一年多没有检查记录了，也没有配备其它灭火器材。

(2) 存在问题照片：




形体实验室 201

五、8.1.1 的问题

(1) 存在的问题描述：教育学院：实验室的总电门内的碎石灰尘未清理。

(2) 存在问题照片：



信息楼 506