

# 海南师范大学 实验室安全检查整改通知

[2023] 17号



被查单位：新闻广播与影视学院（桂林洋校区）

检查时间：2023年9月14日

检查组组长：林惠文

检查组组员：朱朝华、李小宝

整改完成期限：2023年9月28日

## 新闻广播与影视学院：

根据《关于做好2023年秋季学期开学实验室安全工作的通知》精神，为确保新学期实验室各项工作安全有序开展，我校实验室安全督导对贵学院的实验室进行了安全检查。

检查发现实验室存在部分安全隐患，详情请见《2023年海南师范大学实验室安全现场检查报告》（附件1），请通知相应人员按要求进行整改。请贵院以点带面加强实验室日常管理，强化责任意识，及时落实相关实验室整改任务。接到整改通知的实验室完成整改后拍照提交学院，学院汇总形成整改报告（签字、盖章、附整改完成照片）统一提交到实验室建设与管理中心。整改期间，相关单位应当采取适当措施，确保实验室安全运行。

未按时完成整改或整改不到位的实验室，将关停实验室，实验室负责人提交整改方案，经学院及实验室建设与管理中心审核后由实验室进行整改。因实验室关停影响到师生正常教学、科研，由实验室负责人承担相应责任。情节严重的实验室将按照《关于印发〈海南师范大学实验室安全责任追究实施细则（试行）〉的通知》（海师办〔2023〕40号）对实验室负责人及所在单位进行责任追究。

联系人：吴老师 18976210803 地址：桂林洋校区综合实验楼 303 室

邮箱：[hslab@hainnu.edu.cn](mailto:hslab@hainnu.edu.cn)

附件 1：2023 年海南师范大学实验室安全现场检查报告

附件 2：2023 海南师范大学实验室安全现场检查整改报告



实验室建设与管理中心

2023年9月25日

附件 1:

## 2023 年海南师范大学实验室安全 现场检查报告

学院名称：新闻广播与影视学院（桂林洋校区）

检查时间：2023 年 9 月 14 日

检查组组长：林惠文

检查组组员：朱朝华 李小宝

### 不符合项问题清单：

序号	条款号	问题事实描述	备注
1	6.1.3	演播室门口挤满了旧沙发，要时清理	新媒体人才实训教学基地
2	8.3.2	演播厅设备设备昂贵高档，未能充分利用于教学，没有使用设备记录，操控室没有使用规程	新媒体人才实训教学基地
3	7.1.1	消防器材与卫生用具混放一起	新媒体人才实训教学基地
4	6.2.2	机房教室没有使用记录，左右角的纸箱及其包装物有及时的处理	融媒体中心
5	8.3.2	精密测量仪器不要挤在仪器架上，要单独放置在工作台上，易于通电维护，实验室使用没有使用记录本	达芬奇调色实验室
6	12.1.1	贵重仪器存放架没有标明仪器编号	贵重仪器仓库
7	7.1.1	实验室堆积的文档资料几乎遮挡了消防器材，资料要归类保存，消防器材要通道畅通，位置醒目	机房实验室

### 具体问题描述及对应照片：

#### 一、6.1.3 的问题

(1) 存在的问题描述：演播室门口挤满了旧沙发，要时清理。

(2) 存在问题照片：



#### 二、8.3.2 的问题

(1) 存在的问题描述：演播厅设备昂贵高档，未能充分利用于教学，没有使用设备记录，操控室没有使用规程。

(2) 存在问题照片：



#### 三、7.1.1 的问题

(1) 存在的问题描述：消防器材与卫生用具混放一起。

(2) 存在问题照片：



#### 四、6.2.2 的问题

(1) 存在的问题描述：机房教室没有使用记录，左右角的纸箱及其包装物有及时的处理。

(2) 存在问题照片：



五、8.3.2 的问题

(1) 存在的问题描述：精密测量仪器不要挤在仪器架上，要单独放置在工作台上，易于通电维护，实验室使用没有使用记录本。

(2) 存在问题照片：



六、12.1.1 的问题

(1) 存在的问题描述：贵重仪器存放架没有标明仪器编号。

(2) 存在问题照片：



#### 七、12.1.1 的问题

(1) 存在的问题描述：实验室堆积的文档资料几乎遮挡了消防器材，资料要归类保存，消防器材要通道畅通，位置醒目。

(2) 存在问题照片：

